Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Monitor Hemodinâmico

Item

11799

Sinônimos

Monitor de Débito Cardíaco, Monitor para Débito Cardíaco Contínuo, Monitor de Débito Contínuo (DC)

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Utilizado para medição do débito cardíaco contínuo (volume de sangue bombeado pelo coração em minutos), o que auxilia num tratamento mais específico para pacientes críticos e de alto risco, pois se conhece melhor o desempenho cardíaco e variavelmente o consumo de O2. Utilizado para Tratamento Intensivo e Unidades Coronarianas.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 209.859,00

Monitor para medidas de débito cardíaco contínuo, minimamente invasivo, por pressão arterial; possibilidade de medida dos seguintes parâmetros pelo menos: débito cardíaco - DC, índice cardíaco - IC, volume sistólico - VS, volume sistólico indexado -VSI, variação de volume sistólico - VVS. O equipamento deverá contemplar os acessórios necessários para realizar as medidas de DC,IC,VS, VSI E VVS para no mínimo 5 procedimentos.Possuir Tecnologia totalmente digital com tela sensível ao toque, portas seriais, entrada USB, DATABOX, conector Ethernet, porta VGA-bivolt; fonte de alimentação externa. Deve acompanhar todos os cabos de conexões, necessários para o devido funcionamento do equipamento e suporte para fixação do monitor.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

*Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o):
- Determinar os parâmetros de medição;
- Determinar características para: monitor (tamanho de tela), interface, apresentação de gráficos, conexões (saídas/entradas), controles;
- Definir, quando apropriado, sistema de alarmes;
- Apresentar os acessórios, quando apropriado (como: cabo elétrico, cabo para conexão do sensor de débito, cabo ótico, etc);
- Determinar Fonte de Alimentação: elétrica (tensão "V" - freqüência "Hz"), bateria

(autonomia "horas").
- Verificação da presença de bateria interna.

OBS: Monitor dedicado para medição do parâmetro de "Débito Cardíaco Contínuo (DCC)", sendo admitido apenas um segundo parâmetro auxiliar ao principal.
Especificações que façam referência a Monitor Multiparâmetros, não serão permitidas.
Especificação que faça referência à tecnologia, Marca, Modelo ou Patente, não serão permitidas.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA.	http://www.edwards.com/br	(11)55675267
GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	http://www.getinge.com/br	(11) 997639509

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**